

平成29年度第4回 高圧ガス規格委員会 書面投票 決議事項の確認

決議番号	議案、資料番号及び決議の要件	決議結果
1	議 案：KHK/JAIMA S 0*** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準の制定 資 料：KHK/JAIMA S 0*** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案） 参考資料 1 KHK/JAIMA S 0*** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案）と解説 参考資料 2 KHK/JAIMA S 0*** 超臨界流体抽出装置／クロマトグラフィーシステムに関する基準（案）の検討のポイント 参考資料 3 使用するカラムについて 成立要件：委員総数（18人）の 4/5（15人）以上の投票 可決要件：委員総数（投票除外委員を除く。）（18人）の 2/3（12人）以上の賛成 投票結果：賛 成 18（コメント付賛成 1 を含む）	可決